

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 779078

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

お客様	名称	ナチュラルティース	製造番号	100057	ご確認	
	住所・TEL	長崎県平戸市生月町壱部浦168 0959-35-2323 3-1	納入日	2016. 3. 18		
モリタ・営業所・担当TEL		納入検査・会社・実施者				
担当 株式会社モリタ 福岡支店 三留 様 092-641-5601		エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡				

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケータによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	一歩	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		TOSI
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考		数量	
右側 30mm	ストレーナー	2個	