




株式会社IHINパウラ

品質保証部

岡山 FAX(086) 942-9030

IC Clave IC Washer 不具合報告書

支店名	福岡モリタ	担当者名	坂本 様
ユーザー名	川上歯科クリニック	お客様担当者	
納品年月日	2016/7/4	機種名/機番	ICC/100130
発生年月日	2016/8/26	発生場所	福岡県福岡市

不具合内容		
<p>8月26日タッチパネルが反応しない。 タッチパネルのスイッチいちのずれ</p>		
		

回 答			
【記入欄】			
1. 調査結果			
品 証			