

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 00000

お客様	名称	エディンテデジタルクリーニング	製造番号	100013	ご確認	
	住所 TEL	095-814-5700	納入日	2015/9/17		
	長崎県西彼杵郡長与町高田郷 951 南地		納入検査・会社・実施者			
モリタ・営業所・担当TEL		担当 様	山崎 亮一	ISM	若井	

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ア	☐	開閉動作確認	外装・設置	☐	本体の水平確認・基準傾き内
	☐	ドアパッキンキズ・汚れ点検		☐	アジャスタフットの緩み・設置状態
	☐	ドアロックユニット作動確認		☐	キズ・汚れ
	☐	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		☐	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	☐	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	☐	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	☐	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		☐	入力・出力確認
	☐	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	☐	洗剤投入量の確認			
	☐	ローラーポンプの動作確認			
給排水	☐	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	☐	付属品の確認
	☐	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
		水		☐	装置内運転時異音・振動
表系	☐	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	☐	SDソケットの反応・汚れ (脱着)	良好		
	☐	行程表示LEDの点灯 ✓			
	☐	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考	数量	
ストレーナー	2個	
オリフィス	1個	50HZ付属品
水道水給水時間 139秒		
ハンドピースホルダー 使用		設置費無料
洗剤 50.30ml		
仕上剤 50.25ml		
水道給水量 11.047ℓ		
アジャスタ交換		排水のホースにドリングが...