

作業報告書

お得意様	おかえ歯科医院 様		ご承認印
住所	熊本県球磨郡湯前町上相木37-4 福岡		
TEL	096-643-3131	署名	様
機種型式	IC Washer	号機	285 回
完了	継続	有料	無料
製番	1400060 ✓		
取扱業者名	(株) IHI シバウラ (岡山) 様		ご担当者
		小野 様	

ご依頼内容・現象
 イラ-発生
 (仕上剤流量検知)

原因
 仕上剤用流量計不具合の為

処置
 流量計交換
 流量カウンター動作チェックOK
 (洗剤、仕上剤)
 マニカル動作良好

最終確認チェック
☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言	真の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり 部位
☐ 刷紙添付 ☒ あり ☒ 無し	

作業日 20 16 年 9 月 23 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	6 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特管	7 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	60 搬去移設
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)
 受付時間 9 月 21 日 10 時 00 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 9 月 23 日 15 時 30 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	流量計	1	支給品	

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H × 1 名 × 7,500 円		11,250
3	派遣料 1 名 × 円		24,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6	高圧料金		4,720

サービスセンター	鹿児島	実施者	勝目
TEL	-		

メモ

特記事項

①管理 No. 780472
 ②作業日 20 16 09 23
 ③Uコード 0960433131
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No. 1400060
 ⑦保守・サービス形態 8-2-50
 ⑧故障コード 56-399-1
 ⑨実施SC 75
 ⑩技術者 78
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 8-1-1-2

料金内訳	
⑬A	部品代 0
⑭B	技術料等 42,970
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 42,970
⑱	消費税 3,437
ご請求金額 ¥ 46,407	
納品書 No. 5431	