

D 作業報告書

依頼様	陣内 歯科医院		様	ご承認印		
住所	佐賀市白山 2-8-22					
TEL	0952-23-4700	番		依頼		様
機種型式	IC Washer		号機	運転回数	268	回
完了	継続	有料	無料	製番	100032	
取扱業者名			様	ご担当者		

ご依頼内容・現象

熱水・消毒の際、異音がある

原因

洗浄ポンプ内のインペラ及びケーシングの微小の干渉が考えられます。

処置

・洗浄ポンプと左側パネルの干渉防止のために、パネルとベースの間に隙間を作り、パネルのバタつきを防止。→若干音が小さくなった。
 ・洗浄ポンプ作動時、昇温し始めると70℃くらいからバリバリと音がする事があり、これが異音の原因と考えられます。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言・洗浄ポンプやカセタ等を Ver アップの際交換しますので、そちらまで様子見させていただきます。不快な音にどうぞ迷惑をお掛けします。

隣の機群のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 7 月 27 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	医療機器			特 非 特 非
作業区分	03 製品販売	10 組立設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 7,500 円	15,000
3	派遣料	往復230km × 1 名 × 100 円 × 2 回	46,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高速料金 (小倉⇄佐賀間) × 2 回		11,480

サインセンター

北九州

実施者

久松

部署長

入力

検印

納品書

小林

青原

久保

メモ

待記事項

請機: IHI シワラ

①管理 No. 781829

②作業日 20 16 07 27

③Uコード 0952234700

④⑤機種コード 11 - 69

⑥製造 No. 100032

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 62-202-9

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 93,480

⑮

値引き 33,480

⑯

税別合計金額 60,000

B

消費税 4,800

ご請求金額 ¥ 64,800

納品書 No. 3726