

D 作業報告書

依頼者様	たがみ歯科医院様			ご承印
住所	長崎県長崎市田上2-2-8 野口			
TEL	095-822-1447	室名		依頼様
機種型式	WD-150	号機		運転回数
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	特モリヲ 福岡様		ご担当者	様

ご依頼内容・現象

点検依頼

原因

処置

別紙点検表に基づく点検及び
消耗品交換

詳細は別紙点検表を参照下さい

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 8 月 23 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00201120	ドリアンフィル=500	1		790
T00201100	" L=1500	1		1050
T00202460	HEPAフィルター	1		14700
T00202300	エアフィルター	1		520
支給品	簡易ポンプ	1		
T00203190	APIA-アッシー	2	1400	2800

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	13140
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 297Km 1名× 100 円		29700
4	宿泊費 泊× 名× 円	高材料金	8320
5	諸経費		
6	ポンプ交換		5000

サインセンター	福岡	実施者	横山
TEL	095-822-7711		

メモ

請求は特IH2バウ
様へ

特記事項

①管理 No. 788258

②作業日 20 16 08 23

③Uコード 0958271447

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 14060082

⑦保守・サービス形態 作業区分 8-2-40

⑧故障コード - - -

⑨実施SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援 - - -

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬ A

部品代 19860

⑭ B

技術料等 56160

⑮

⑯

税別合計金額 76020

⑰

消費税 6081

ご請求金額 ¥ 82101

納品書 No. 4401