

D 作業報告書

依頼先	白土歯科医院 様		ご承認印	(白土)
住所	福岡県直方市古町7-30			
TEL	0949-22-1348	重名		依頼人 白土 様
機種型式	IC Clave	号機	100239	回
完了	故障	有料	無料	製番
取扱業者名	様 白土 様			

ご依頼内容・現象
オートクレーブから異臭がする

原因 試運転にて原因追求を試みましたが、特定できませんでした。

処置
・デントルモードにてチェック。
・給水タンクおよび排水タンクより異臭を確認。しかし、原因追求はできませんでした。後日、入替予定。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言

図の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 2017年5月11日

保守状態

1 保守契約	2 注検整備	3 注検点検	4 点検整備	5 点検	9 注検外
--------	--------	--------	--------	------	-------

(摘要)

サービス形態

1 保守契約	2 注検整備	3 CM	医療機器	区分	特 非
--------	--------	------	------	----	-----

作業区分

60 別呈販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 注検	60 搬去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受付時間 5月11日 16時00分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項
請求: IHIバウ

①管理No. 789152

②作業日 20170511

③Uコード 0949221348

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No. 100239

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 72- - -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援 月 日 日

⑫原因・処理 月 日 日 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・注検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 7,500円		11,250
3	派遣料 往復50km× 1 名× 1,000円		5,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	高圧料金(保管料)		920

サービスセンター

北九州

実施者 久岡

TEL - -

部署長 入力 検印 納品書

曾我部 久保 小林

料金内訳

⑬A 部品代

⑭B 技術料 20,170

⑮ 値引き 3,750

⑯ 税別合計金額 16,420

⑰ 消費税 1,313

ご請求金額 ¥ 17,733

納品書No. 1314