

D 作業報告書

依頼様	カガミ歯科医院				様	ご承認印	
住所	長崎市田上2-2-8						
TEL	095-827-1447	署名		ご依頼		様	
機種型式	WD-750	号機	1643	運転回数	529	回	
完了	継続	有料	無料	製番	14060082		
取扱業者名					ご担当者	様	

作業日 20 17 年 17 月 28 日

保守	1 保守契約	2 検査	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
形態	1 保守期間	2 検査	3 CM	医療機器	3	区分
作業分	00 製品販売	10 納入後	11 現地初検	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

メモ

特記事項

講義: IHIシボウ

①管理No.	789146
②作業日	20 17 07 28
③Uコード	09158271447
④機種コード	11 - 09
⑤製造No.	14060082
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 50
⑧故障コード	
⑨実施SC	6.6
⑩技術者	37
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	

(24時間制で記入)

受付時間 17 月 27 日 12 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	3 日 × 1 名 × 7,500 円	22,500
3	派遣料	18km × 1 名 × 100 円	18,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高速料金(佐世保⇔長崎)		5,260

サービスセンター

北九州SC

TEL 093-284-5500

実施者

久岡

部署長

入力

検印

納品書

久保

29

小林

料金内訳	
⑬A	
部品代	
⑭B	
技術料等	48,760
⑮	
倒し	18,760
⑯	
視察合計金額	30,000
消費税	2,400
ご請求金額	32,400
納品書No.	3663

ご依頼内容・現象

運転中に異音がするのでチェックして欲しい。

マニュアルにて洗浄動作・昇温・排水を行い、各部チェック、および実運転2回立会いしましたが現象が再現しませんでした。

①槽内チェック、スプレーアーム回転チェック、洗浄ポンプ作動テスト、加温にてチェック、水量チェック、運転テスト。→OK。

経過様子見守り下さい。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 故障あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 印刷添付 ☐ あり ☐ なし