

D 作業報告書

名称	よした歯科クリニック 様		ご承認印
住所	福岡市南区長住4-1-4		〒 815
TEL	092-210-6795	署名	吉田 様
機種型式	IC Clave	号機	運転回数
完了	☒ 継続	有料	無料
取扱業者名	様		

作業日 20 17 年 1 月 7 日

保守 1. 保守契約 ☒ 2. 点検 ☒ 3. 点検 ☒ 4. 点検 ☒ 5. 点検 ☒ (摘要✓)

サービス形態 1. 保守期間 ☒ 2. CM ☒ 3. 医療機器 ☒ 4. 区分 ☒ 5. 特 ☒ 6. 非常時

作業区分 60 20 10 11 20 30 40 50 60
PR 呈 納 現 現 定 佳 点 コ 搬
脱 売 入 地 期 能 校 ン 送
明 投 投 点 点 校 移
改 置 投 投 投 投 投 投
進 置 置 置 置 置 置
70 72 73 74 75 77 80 80
PR 取 取 改 3 下 7C ア その他
脱 脱 進 品 見 FC ア その他

メモ

特記事項

請機: IHIアプレック

①管理 No. 797329

②作業日 20 17 年 1 月 7 日

③Uコード 0922106795

④⑤機種コード 11-73

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 11- - -

⑨実施 SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援 07 - -

⑫原因・処理 - - - 2

ご依頼内容・現象

昨日入替えた貸出器が、電源が切れ、設備側のブレーカーを遮断した。

原因

電源をONにし、電磁弁が作動するタイミングでショートする為。[引上げ]

処置

- ・絶縁チェック。(電源投入後にショートするので測定不能)
- ・貸出器 51 と入替。
- ・リークテスト。デジタルモト立会い運転。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 整備・Br ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
二別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	貸出器 (51)	1		

1	基本・搬付・点検・点検・ (見習書No.)	
2	技術料 H× 名× 円	15,000
3	派遣料 往復 180km 15 × 1 名 × 100 円	18,000 1,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 器材返送料 (26分)	10,000
6	高速料金 (小倉南 ↔ 福岡市南区) 駐車代	5,240

部署長	検印	入力	納品書
曾我 29.11.24 部	長川 2017 年 1 月 7 日	小松	久保
TEL - -	実施者 北九州 石丸		

料金内訳	
⑬A	部品代
⑬B	技術料等 47,740
⑭	
⑮	
⑯	税別合計金額 47,740
⑰	消費税 3,819

ご請求金額 51,559
納品書 No. 7228