

④ 作業報告書

持機者	白金1つき歯科				様	ご承認印	
住所	福岡県福岡市中央区白金1-6-14					齊	
TEL	092-707-6610	室名			ご依頼	様	
機種型式	S-107... ICW			号機	運転回数	307回	
完了	継続	有料	無料	製番	100208		
取扱業者名 林氏リタ				様	ご担当者		
					様		

ご依頼内容・現象	乾燥有りてスタートするとエアー発生
原因	乾燥エアー無きで下管運用時、乾燥エアーを吸入し、乾燥エアーの割合により不良合発生
処置	乾燥エアー交換 乾燥エア交換 エアフィルタープレミス交換 新用エア（2100cc）を注入 新品の下管に交換して様子を見る 結果として乾燥エアーは発生しない

最終確認チェック	☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
	☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了
お客様への伝言		庫の機器のコンディション		
		メーカー		
		機種		
		☐ 異常なし	☐ 警報・Er	
		☐ 漏れあり	☐ 異音あり	
	☐ 破損あり	☐ 劣化あり		
☐ 別紙添付	☐ あり	☐ なし	部位	

作業日 20

1	7
---	---

 年

1	2
---	---

 月

6	7
---	---

 日

保形 サ一 ス形 作業 区	守態	1 保守 契約	2 性能 試験	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 対外 取引	(摘要✓)	
	1 保守 期間	2 ス下 下	3 CM	医療 機器			特 許		非 特 許
	60 製品 販売	10 納入 設置	11 地現 調査	20 定期 点検	30 性能 試験	40 点検	50 コ ール		60 撤去 移設
		70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 ア フター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
			乾燥機	1		
			乾燥機	1		
			エースブレイク	1台		
			乾燥機	1台		
			下部シリンダー	1		
			乾燥機	1		

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 6 H× 1 名× 7500円 1/4名分	45000
3	派遣料 10km×2回 1名× 100 円 12/4名分	2000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 駐車場	1600
6		

ササビセンター

福 同

TEL 91-1167580

実施者

徳

メネ

特記事項

(株)IHI様へ
請求願ひ可

①管理 No. 787083

②作業日 20 17/12/07

③Uコード 0927076610

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No. 100208

⑦保守・サービス形態
作業区分 9 - 2 - 90

⑧故障コード - -
 - -

⑨実施 SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援 , ,

⑫原因・処理 9 - 8 - 9 - 2

料 金 内 訳

部品代		
-----	--	--

技術料等	48600
------	-------

⑮			
---	--	--	--

税別合計金額	48600
--------	-------

B	消費税	3888
---	-----	------

二請求金額 ¥	52,480
---------	--------

納品書 No.	78.8
---------	------