

D 作業報告書

得意	神崎市国民健康保険背振診療所様			ご承認	
住所	佐賀県神崎市背振町広浅462			〒	811
TEL	0952-59-2321	署名		ご依頼	様
機種形式	洗浄器ICW		号機	344	回
完了	継続	有料	無料	製番	100181
取扱業者名	(株)モリタ		様	ご担当者	様

ご依頼内容・現象
 運転中に扉右側下部より水もれ

原因
 機器の水平レベルのズレにより
 もれ発生

処置
 ・レベル調整
 ・扉部シリコンパッキンズレベル調整具
 追加取付
 ・試運転実施

最終確認チェック

☒ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 5 月 10 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対外 (摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スキット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
(株)IHI様預り品	シリコンパッキンズレベル調整具	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料 2 H × 1 名 × 8000 円	16000
3	派遣料 101km 名 × 100 円	10100
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6	高送料金	3200

部署長	検印	入力	納品書
(横山)	(長川 30.5.11 原)	(小村)	(久保)
サービスセンター	福岡	実施者	横山
TEL 095-710-6801			

メモ

特記事項
 請求は(株)IHIアパック様へお願いいたします

①管理 No. 804087

②作業日 20 18 年 5 月 10 日

③Uコード 0952592321

④⑤機種コード 11 - 2974

⑥製造 No. 100181

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 60 - 099 - 2

⑨実施SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等 29300
⑮	
⑯	税別合計金額 29300
⑰	消費税 2344

ご請求金額 ¥	31644
納品書 No.	1023