

D 作業報告書

登録 様	相澤歯科医院		ご承認
住所	長崎県長崎市大里町3-1-5F 大河内		
TEL	095-827-3388	室名	様
機種 型式	WJ-150	号機	回
完了	継続	有料	無料
製番	14060074		
取扱業者名	モリタ 福岡 様	ご担当者	三留 様

ご依頼内容・現象

①・処理中に停電のエラー(SWカOFFにて)
②・予備洗浄中に給水温度過熱のエラー
③・槽内温度低下のエラー

原因

①向ふかの原因で電源SWカOFFに
なっていた

処置

確認のため運転スタートしたか
循環ポンプが作動せず
↓
出カはOK
ポンプ分解確認したところ
ポンプパッドカバーとフロアがカギ
状態になっていた

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
メーカーと対応協議しメーカー の方で平日代替機として 稼働→明日現量を入替え	メーカー 日立
	機種 HE-260
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
	部位

作業日 20 16 年 5 月 06 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性 整備	3 性 点検	4 性 点検	5 点 検	9 対象 (摘要✓)
サービ ス形態	1 保守 期間	2 スポ CM	3 医療 機器		区分	特 管
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点 検
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC
						-80 アフ ター
						90 そ 他

(24時間記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了
時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	5日×1名×7500円	37500
3	派遣料	30日×1名×100円	3000
4	宿泊費	泊×1名×円	
5	諸経費		3000
6	高速料金		7280

サービス センター	福岡	実施 者	植山
TEL	095-827-7711		

特記事項

特記事項
特記事項

管理 No.	788230
作業日	20 16 年 5 月 06 日
Uコード	0958273388
⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	14060074
⑦保守・サービス形態 作業区分	9 - 2 - 50
⑧故障コード	32 - 229 - 9
⑨実施SC	67
⑩技術者	55
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9 - 9 - 9 - 2

料	金	内	訳
⑬A	部品代		
⑭B	技術料等	77980	
⑮		33000	
⑯	税別合計金額	44980	
⑰	消費税	3598	
⑱	ご請求金額 ¥	48578	
⑲	納品書 No.	3011	