

D 作業報告書

お持ち様	ふかみ工業科クリン様		ご承認印	深水	
住所	福岡県久留米市安武本3302-07				
TEL	0942-65-8049	室名		依頼	様
機種型式	BC-17	号機		運転回数	1033 回
完了	継続	有料	無料	製番	13090028
取扱業者名	エフ・ウォーター (株) (福岡) 様		ご担当者	仁野 様	

ご依頼内容・現象

点検依頼

原因

処置 別紙点検表に基づく点検

- ・給水加圧ポンプ吸込み側
- 内部フィルター清掃
- ・ホースランタフト実施 OK

・バックミラーランプ点検

詳細は別紙点検表を参照下さい。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
 部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 7 月 26 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	交換部品・機材名称	1		4600

1	基本 据付・点検・性能検・	(見積書No.)	19000
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 88k× 名× 100 円		8800
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高圧料金		2920
6	PCO 奥記		1000

サービスセンター	福岡	実施者	仁野
TEL	0942-9711		

メモ

諸君は特)IHインリ
 様へお願ひします。

特記事項

①管理 No. 788245

②作業日 20 16 07 26

③Uコード 6942658289

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 13090028

⑦保守・サービス形態 9-2-40

⑧故障コード - - -

⑨実施SC 617

⑩技術者 55

⑪同行・応援 - , - , -

⑫原因・処理 - - - 2

料金内訳

⑬A

部品代 4600

A

⑭B

技術料等 31720

⑮

⑯

税別合計金額 36320

B

消費税 2905

ご請求金額 ¥

39225

納品書 No.

3595

部署長	入力	検印	納品書
	小林	長川	久保