

D 作業報告書

お得意様	1.3.1. 福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-3-6		様	ご承認印
住所	福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-3-6		様	諸井
TEL	092-641-5601		室名	
機種	ICW		号機	運転回数
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		株モリタ (福岡) 様		
ご担当者		栗本 様		

ご依頼内容・現象
スプレーームが回転しない

原因
車中のラック取付がスレていたためにスプレーームが回転しなかった。

処置
ラックを正常位置に取付
試運転良好

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 20 16 年 10 月 5 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 対象外
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 10 月 5 日 11 時 30 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 日 × 1 名 × 7500 円	7500
3	派遣料	20km 1 名 × 100 円	2000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービスセンター

TEL 092-641-5601

実施者

メモ

特記事項

諸井様 IHI 様へ
様へお願ひします

①管理 No. 788268

②作業日 20 16 10 05

③Uコード 0926415601

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No. 100130

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 29-999-2

⑨実施 SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額
⑱	消費税

ご請求金額 ¥ 10260

納品書 No. 5671