

D 作業報告書

依頼者様	もうい 歯科		ご承	
住所	福岡市東区香住丘6-3-6			
TEL	092-681-1789	署名		
機種名	ウォッシャー・デイスインスクター	メーカー	モリタ (IHL)	
型式	IC Washer	型番	100130	
完了	継続	有料	無料	運賃徴収
				939

作業日 20 18 年 9 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 24時間	3 CM	4 医療機器	5 3 区分	6 特約	7 非常
作業区分	00 製品不良	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 30 除去
	70 PR	72 取説	73 改造	74 部品購入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

受付 9 月 19 日 14 時 00 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	DC電源	1		
	ドア下部シリコンシート	1		
	(固定具含む)			
	ドアスプリング・ワイヤー	1式		
	ゴム足、スペーサー	1		7,000

1	基本・検出・点検・性検	(見積書No)	
2	技術料	3.5 H × 1 名 × 8,000 円	28,000
3	派遣料	130 km × 1 名 × 100 円	13,000
4	宿泊費	1泊 × 1 名 × 100 円	3,000
5	諸経費	駐在料	3,000, 7,000
6	材料費	高速料(小倉南 ↔ 福岡市南高田)	4,160, 1,240

サービスセンター 北九州SC 実施者 久岡 横山
TEL 福岡SC

責任技術者 検印 入力 新品並
曾我 30.9.25 部
久保

取扱業者(請求先)

IHLアグリティック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理 No. 807653

②作業日 20 18 09 19

③Uコード 0926811789

④機種コード 11 - 74

⑤製造 No. 100130

⑥保守・サービス形態 区

⑦故障コード

⑧実施SC 66

⑨技術者 37

⑩同行・応援 55

⑪原因・処理

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代 1,000

⑭B

技術料等 53,400

⑮

⑯

別割合計金額 54,400

⑰B

消費税 4,352

ご請求金額 ¥ 58,752

納品書 No. 5417

ご依頼内容・現象

タッチパネルが消えた

(ご依頼者)

様)

原因

DC 5V電源装置不良の為

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- DC電源交換、水漏れ対策としてカバー取付け。
- ドア下部シリコンシート固定。
- ドア開閉用スプリング・ワイヤー一式交換
- 機械後方にスペーサー取付け。後方へのズレ防止。
- 試運転・装置高さを調整。

お客様への伝言