

C 作業報告書

お名前	むかえ歯科医院		様	ご承認印
住所	熊本県球磨郡湯前町上楠木1237-4		瀬口	
TEL	0966-43-3131	室名		様
機種形式	IC Washer		号機	1591 回
完了	継続	有料	無料	製作
取扱業者名	(株) EHI 37リテツ		様	ご担当者
			小川	様

ご依頼内容・現象

エラー7
循環水圧低下

原因

循環ポンプの破損

処置

循環ポンプ交換
" 動作確認70k
水漏れ確認70k
試運転良好

最終確認チェック ☒ 漏れ ☒ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言	隣りの機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警告・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☒ なし	

作業日 2018年11月24日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検	10 点検
形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特	7 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 搬移
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 11月24日 10時00分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 11月24日 12時00分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ	1		
	槽内アミ	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3 H×1名×10,400円 (休日)	31,200
3	派遣料	1名× (往復240km)	24,000
4	宿泊費	泊×名×	
5	諸経費		3,000
6	高圧料金 (費用-人吉)		4,720

サイン	鹿見島	実施者	勝目
TEL	-		

メモ

管理No. 783223

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 新潟SC 群馬SC 神奈川SC 大阪SC 北九州SC
 青森SC 長野SC 長野SC 静岡SC 正徳SC 福岡SC
 秋田SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC
 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC 山形SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

♡ CORE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③ A

部品代	0
-----	---

④ B

技術料等	62,920
------	--------

⑤

--	--

⑥

税別合計金額	62,920
--------	--------

B

消費税	5,033
-----	-------

ご請求金額 ¥	67,953
---------	--------

納品書No.	
--------	--

C 実施者→営業