

◎ 作業報告書

登録	フフイ 歯科医院			様	承認印
住所	佐世保市三浦町1-15				
TEL	0956-23-6000	室名			
機種名	ウォッシャー・デイスインテグラー	メーカー	モリタ (IHIPG 伝)		
型式	IC Washer	号機	製番	700160	
実入	継続	有料	無料	運搬費	950

二依頼内容・現象
扉が開かない。(開いても「ドアが開いています」が表示された時)。運転中に停止する。(「ドアが開いた」と認識する)
(依頼者) (様)

原因

ドア開検知スイッチ(ダブルマイクロスイッチ)が
検知不良を起こしていた。(マイクロスイッチを押し
込んでいた。))

延置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

機械前へ引出し、外装(天板)取外し。
扉ロック、締付け機構部点検、各部増締め、
開検出スイッチ調整。締付け調整。
機械を正規仕場所へ戻し、高さ調整、
締付け金チェック。 20℃×5分、乾燥処理、仕上がり

お客様への伝言

127 試運動、動作-海州、今

※ ドアの締付け具合が少し硬くなっております。
 器械に体重を乗せるイメージで締付け下さい。

作業日 20 <u>18</u> 年 <u>11</u> 月 <u>17</u> 日									
保形 守態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)		
	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	1 点検	2 点検	3 点検
サービ ス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	1 点検	2 点検	3 点検
	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	1 点検	2 点検	3 点検
作 業 区 分	70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品入れ	75 下見	77 FC	80 アプ	90 その他	
	70 PR	72 取扱い	73 改造	74 部品入れ	75 下見	77 FC	80 アプ	90 その他	

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・掘付・点検・性検・	(見積書No.	)	40,000
2	技術料	H ×	名 ×	円
3	派遣料		名 ×	円
4	宿泊費	泊 ×	名 ×	円
5	諸経費			
6				

サービステック
北九州SC
TEL 093-284-5100
実地者
久岡

責任技術者	捺印	入力	精品書

取捨業者 (計求先)

(支店名)

(ご相当者)

(附: 文 No.)

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 028-273-0720 FAX 028-273-4074

札幌SC	松山SC	つくばSC	新川崎SC	大塚SC	柏SC
秋田SC	長岡SC	つくばSC	府中SC	大塚SC	柏SC
名古屋SC	金沢SC	府中SC	府中SC	岡山SC	宇治SC
山梨SC	北関東SC	府中SC	府中SC	岡山SC	宇治SC
長野SC	北関東SC	府中SC	府中SC	岡山SC	宇治SC

・洗淨・拭菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

滅菌センター 〓366-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

掘削用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社
〒087-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4115

管理Va 811096

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

④ A

部品代		
-----	--	--

⑬ B

技術等級	40.000
------	--------

८५

--	--	--	--

18

税別合計金額	40000
--------	-------

— 2 —

消费税	3200
-----	------

二請求金額 等	43200
---------	-------

納品書 No.	
---------	--

C 與旗者→當義