


ウォッシャーディスインフェクター WD-150納入検査表・報告書

IHIアグリテック用 株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番

TEL086-844-6528
FAX086-842-9030

お客様	名称	諸熊歯科医院 様	製造番号	14070722	ご確認	
	住所	長崎市湊町3-20-201	納入検査実施日	2018.11.22		
	納入場所		納入検査会社・実施者	エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアバッキンギズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態		✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態			
	✓	SDソケットの反応・汚れ			
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

C 作業報告書

依頼者	諸熊 歯科医院		承認印	諸熊
住所	長崎市 浜町 3-20-201			
TEL	番号			
機種名	エッセーサービス77-	イーサー	E17 (E17A77A77)	
型式	WD-150	(号機)	製番	14070122
完了	継続	有料	無料	運送開費 (1105)

ご依頼内容・現象

洗浄装置移設, 運転確認他

(ご依頼者 様)

原一四

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

※詳細は別紙設置報告書参照下さい

お客様への伝言

作業日 20 18 年 1 月 22 日

保守 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守 2 点検 3 CM 医療機器 3 区分 非

作 業 分 00 部品 10 納入 11 現地 23 点検 30 性能 40 点検 50 コー 60 検査

70 PR 72 取扱 73 改造 74 部品 75 下見 77 FC 80 アフ 90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了 月 日 時 分

コ ー ド 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

	排水配管継一式	1	1,000

1	基本 据付・点検・性能検査	(見積書No.)	35,000
2	技術料 H × 名 × 円		
3	派遣料 名 × 円		
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		
6			

 サ ー ビ ス 北九州 SC 実 施 者 久岡
 TEL 093-284-5500

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (別請求)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 811100

 左記作業をおこないましたので、ご
 検取下さい。

 なお、不明な点がございましたら、
 上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒937-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
 北九州 SC 長崎 SC 福岡 SC 大分 SC 熊本 SC 鹿児島 SC
 神奈川 SC 千葉 SC 茨城 SC 栃木 SC 群馬 SC 埼玉 SC
 東京 SC 新潟 SC 富山 SC 石川 SC 福井 SC 山梨 SC
 長野 SC 岐阜 SC 愛知 SC 三重 SC 滋賀 SC 京都 SC
 大阪 SC 和歌山 SC 奈良 SC 徳島 SC 高松 SC 香川 SC
 愛媛 SC 高知 SC 福岡 SC 佐賀 SC 大分 SC 熊本 SC 鹿児島 SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒936-0002 長野県上田市佐吉280-9
TEL 0268-27-2300 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒937-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4115

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

1,000

⑭ B

技術料等

35,000

⑮

⑯

税別合計金額

36,000

消費税

ご請求金額 円

38,880

納 品 書 No.

C 実施者→営業