

D 作業報告書

登録 博多こおり歯科	様	ご承認 印
住所 福岡県福岡市博多区博多駅前3-22-1		
TEL 092-409-9974	室名	依頼 様
機種 ICワッシャー	号機	運転回数 1410 回
完了	継続	有料
無料	製番	100132
取扱業者名 モリタ	様	ご担当者 様

ご依頼内容・現象

漏水のエラーが発生

原因

循環ポンプライン継手から水漏れ

処置

循環ポンプ後部継手取替
試運転実施

最終確認チェック
☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☒ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
 部位

別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2018年3月14日

保守 1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 対象外 (摘要)
サービス 1 保守期間	2 ストック	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業分 00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
				50 コル	60 撤去移設
				80 アフター	90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

ポンプ交換
お願ひしき

①管理 No. 795185

②作業日 20180314

③Uコード 0924099974

④⑤機種コード 11-23

⑥製造 No. 100132

⑦保守・サービス形態 9-2-SP
作業区分

⑧故障コード 60-123-1

⑨実施SC 67

⑩技術者 55

⑪同行・応援

⑫原因・処理

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ継手 (後部下側)	1		

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 36180

⑮

⑯

税別合計金額 36180

⑰

消費税 2894

ご請求金額 ¥

39074

納品書 No.

10821

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 4 H × 1 名 × 8000 円	32000
3	派遣料 6.4 km × 2 月 1 名 × 100 円	1280
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費 駐車代 3/13 14分	2900
6		

サービスセンター	福岡	実施者	横山
TEL 092-710-6801			

部署長	横山	検印	長川 30.3.20 原	入力	小林	納品書	久保
-----	----	----	--------------	----	----	-----	----