

D 作業報告書

依頼者様	ついで歯科医院 様		ご住所	長崎県佐世保市三浦町7-15	ご依頼	山口 様
TEL	0956-23-6000	室名				
機種型式	カッシャー・IC Washer		号機	774	回	
完	結	有	料	無	料	装
取扱業者名	100160		ご担当者	様		

ご依頼内容・現象
 ドアがボタンと開く。
 (押さえながら開いてもらっている)

原因
 ドア開閉用ワイヤー 断裂の為(両方)

処置・ドア開閉用ワイヤー・スプリング一式交換
 (改善対策部品)
 ・乾燥回路継手交換(改善対策部品)
 ・ドア下部シリコンシート固定(水漏れ対策)
 ・DC電源部ヒューズにてカバー取付け(水漏れ対策)
 ・マニュアルにて循環、昇温(93℃まで)
 ・実運転実施にて、動作・漏水テスト実施。

最終確認チェック
☒漏れ ☒行程異常 ☒異音・異臭 ☒安全装置動作
☒絶縁 ☒プログラム設定 ☒試運転 ☒最終検査終了

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er
	☐ 漏れあり ☐ 異音あり
	☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	部位

作業日 2018年7月17日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守範囲	2 CM	3 医療機器	3 区分	特	非
作業区分	00 部品交換	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品組入	75 下見	77 FC

(24時間制で記入)
 受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアワイヤー一式	1		
	乾燥回路継手	2		
	シリコンシート 固定具 (タフネル)	1 (1)		

1	基本・据付・点検・性検	(見取書No. 3000)
2	技術料	4 H × 1 名 × 8,000 円 32,000
3	派遣料	350 km × 1 名 × 700 円 35,000
4	宿泊費	1 泊 × 1 名 × 12,000 円 12,000
5	諸経費	馬場代金 4,000
6	高圧料金 (小倉南<->佐世保)	9,180

部署長	検印	入力	納品書
曾我 30.7.28 部	長川 30 原	小林	久保
北九州SC	実施者	久岡	
TEL 080-4797-5218			

メモ

特記事項
 請求: IHLPグワック

①管理 No.	803594
②作業日	20180717
③Uコード	0956236000
④⑤機種コード	11-74
⑥製造 No.	700760
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	1- - -
⑨実施SC	66
⑩技術者	37
⑪同行・応援	- - -
⑫原因・処理	- - - 2

料金内訳

⑬A	部品代	
⑭B	技術料等	95,180
⑮		92,180
⑯	値引き	2,180
⑰	税別合計金額	90,000
⑱	消費税	7,200

ご請求金額	97,200
納品書 No.	3665