

作業報告書

依頼者	やすかめ歯科医院 様		ご承認	
住所	福岡市西区拾六町3-17-18		サイン	
TEL	092-895-1232	室名		依頼
機種 型式	シャワーデイスイフター WD-150		号機 回数	1501 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		ご担当者		
		様		

作業日 20 18 年 8 月 3 日

保守形態
1 保守契約 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 9 点検 (摘要✓)

サービス形態
1 保守期間 2 点検 CM 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 7 点検 8 点検 9 点検

作業区分
00 部品取付 10 部品取付 11 現場点検 20 点検 30 点検 40 点検 50 点検 60 点検 70 PR 72 取付 73 改造 74 部品取付 75 下見 77 点検 80 アフター 90 その他

(24時制で記入)
受付時間 8 月 2 日 19 時 00 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時間 月 日 時 分

特記事項
請機: IHエグジク

①管理 No. 803657
②作業日 20 18 年 8 月 3 日
③Uコード 0928951232
④機種コード 11 - 72
⑤製造 No. 14090173
⑥保守・サービス形態 9-2-50
⑦故障コード 32 - -
⑧実施SC 66
⑨技術者 37
⑩同行・応援 - - -
⑪原因・処理 - - - 2

ご依頼内容・現象
エラ-6 (給水時間超過) が発生した

特定はできませんでした。工事お断り。給水圧力の変動に関係して来る可能性もありますので、このまま様子見。下さい。
・給水量、給水時間チェック。電磁弁チェック。
・急の為、給水限度時間を最大限に延長し、90℃×5分:乾燥あり。仕上がり確認。
運転確認。

最終確認チェック
☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言
隣の機種のコンディション
メーカー
機種
☐ 異常なし ☐ 警告・Er
☐ 汚れあり ☐ 異音あり
☐ 故障あり ☐ 劣化あり
部位
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× / 名× 8,000 円	16,000
3	派遣料 往復150km×1 名× 700 円	15,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	高速料金 (小倉⇄福岡) 4,120	

部署長 検査 入力 納品書
曾我 30.8.10 部 久保 久保
北九州SC 実施者 久岡
TEL 092-4791-5218

料金内訳
⑬A 部品代
⑭B 技術料等 38,120
⑮ 特別値 13,120
⑯ 税別合計金額 25,000
⑰ 消費税 2,000
ご請求金額 27,000
納品書 No. 4002