

C 作業報告書

得意店	たがし歯科医院		様	ご承認印
住所	長崎市田上 2-2-8		池田	
TEL	095-827-1447		番	
機名	エッセイシステム		イカ	エッセイシステム
型式	WD-150		号機	14060082
完了	継続	有料	無料	57 (2312) 回

ご依頼内容・現象
洗剤不足の警告が出続ける
(洗剤は入っているのに) (ご依頼者 田上 様)

原因
洗剤フロートASSY 電極部(ケーブル錠) 不良の為

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・洗剤回路チェック。新品と入替えて、検出チェック→OK。交換実施
・簡易プログラムにてチェック。

お客様への伝言

作業日 20 18 年 10 月 19 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検提供	5 点検	6 点検	7 点検	8 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 保守料	3 CM	医療機器	3	区分	型	型	型
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 点検	70 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 アフター	90 アフター

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	洗剤フロートASSY (洗剤剤)	1		28,300

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料	名× 円	同様の為 0
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6			

責任技術者	検印	入力	納品書
北九州			
TEL 090-4991-5218	実施者	久岡	

取扱業者 (請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒587-0013 長崎県長崎市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗剤・滅菌薬液委託・医療機器等洗剤・滅菌テスト

滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒587-0013 長崎県長崎市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 807669

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬A	
部品代	28,300
⑭B	
技術料等	11,000
⑮	
特別価格	8,000
(工賃1H分)	
⑯	
税別合計金額	31,300
⑰	
消費税	2,504

ご請求金額 ¥ 33,804

納品書 No.