

C 作業報告書

お名前	辻本デンタルオフィス		様	ご承認印
住所	福岡市中央区荒戸2-1-18-2F			
TEL	092-771-2223	室名		
機種名	シャワー・ディスク79-	メーカー	EITA (IHIアグニテック)	
型式	IC Washer	(号機)	製番	700290
完了	継続	有料	無料	270 回

ご依頼内容・現状

熱水消毒の時に異音がする

(ご依頼者 様)

原因

中段ラック循環回路、ジョイントゴムブッシュの位置が若干ズレていた

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 ☐ 各部増締め
 ☐ 分解・再セットアップ
 ☐ 各部清掃
 ☐ グリスアップ
 ☐ 動作確認
 ☐ 設定・プログラムの確認
 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 ☐ 性能検査立ち会い
 ☐ 試運転
 ☐ 最終検査終了・異常なし

・中段ラックゴムブッシュ位置調整。
 ・マニュアルに2. 給水; 温度上昇チェック, 漏水チェック, 音の発生ナシ確認。
 ・引渡し、説明実施。

お客様への伝言

作業日 20 19 年 02 月 12 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(注要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 フック
							90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	30,000
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	冬 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービス担当者	北九州SC	実施者	久岡
TEL			

取扱業者 (請求先)

IHIアグニテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 813386

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒307-0013 北野真千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北九州SC 北九州SC 北九州SC 北九州SC 北九州SC
福岡SC 福岡SC 福岡SC 福岡SC 福岡SC
山口SC 山口SC 山口SC 山口SC 山口SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒306-0002 北野真千曲市上田市吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

MARE メタリカルケア株式会社

〒307-0013 北野真千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑪ A

部品代

⑫ B

技術料等

30,000

⑬

⑭

税別合計金額

30,000

消費税

2,400

ご請求金額 ¥

32,400

納品書No.