

C 作業報告書

依頼者	こまき歯科医院 様		ご承認印
住所	長野県五島市中央町4-1		
TEL	0959-72-4834 署名		
機種名	ワッシャー・ディスク・ワッシャー	メーカー	モリタ
型式	IC Washer	号機	100141
完了	継続	有料	無料
			返金額
			1370 回

ご依頼内容・現象
中段スプアムの回転が悪かったので点検して欲しい
(ご依頼者 様)

原因
アムの回転軸に若干の歪みが発生していた為と考えられます。

- 処置
- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・水量チェック。・循環チェック。・昇温チェック。・排水チェック。
・アムを取替えてチェック。以前のアムの運転時回転不良。(バアリングもアム軸にギリギリ入っていた) ・中段スプ水入口チェック
・ゴムブッシュ交換チェック。・マニュアルにて92℃まで昇温。
・洗浄チェック

お客様への伝言

作業日 2019年2月26日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守前	2 保守中	3 CM	医療機器	3 区分	特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 故障点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 お客さま納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数計	単価	金額
	アム	1		
	バアリング	1		
	ゴムブッシュ	1		

1	基本・据付・点検・点検・点検 (見積書No. H19015分)	60,000
2	技術料 H× 名× 円	
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サイン
北江HSC
TEL 080-4791-5278
実施者 久岡

責任技術者	検印	入力	納品書
-------	----	----	-----

取扱業者 (別表先)

(支店名)

(ご担当)

(注文先)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社
〒307-0013 茨城県千代田市小島3171-5
TEL 0286-273-0720 FAX 0286-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター
〒308-0002 茨城県千代田市佐倉260-0
TEL 0286-27-2230 FAX 0286-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社
〒087-0313 北野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4115

管理№ 813382

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 60,000
⑮	
⑯	税別合計金額 60,000
	消費税 4,800
ご請求金額 ¥ 64,800	
納 品 書 №	