

D 作業報告書

得意様	いの森の歯科室様				ご承認印
住所	福岡県糸島市志摩久家1193-1				原田
TEL	092-322-2555	室名		ご依頼	様
機種型式	ICCオートクレーブ	号機		運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	
取扱業者名				ご担当者	様

ご依頼内容・現象	エラー12 ドアセンサー異常
原因	スタート時ポンプが作動しない為 ドアロック部が異常を感知
処置	貸出器1067 100278と交換 滅菌物を入れ試運転 パッチモ=タリングテスト実施~OK

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし	

作業日 20 18 年 11 月 12 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守	3 CM	4 医療機器			特 非
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

メモ

特記事項

新入はIHIアグリテック
へお預けします。

①管理 No. 804569

②作業日 20 18 11 02

③Uコード 0923222555

④⑤機種コード 11 - 23

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-999-9

⑨実施SC 6.7

⑩技術者 55

⑪同行・応援 07, ,

⑫原因・処理 - - - 2

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能点検・	(見積書No.)	
2	技術料 2 H × 2 名 × 8000 円		32000
3	派遣料 8014 Km 2 名 × 円		12864
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		
6			

料 金 内 訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	44864
⑮	
⑯	
税別合計金額	44864
消費税	3589
ご請求金額 円	48453

サービスセンター

福岡 実施者 石丸

TEL 092-710-6801

部署長	検印	入力	納品書
	長川 30.11.13 原	小秋	久保