Ⓑ 作業報告書

お客様	諸熊歯科医院 様	ご承認印	諸熊
住所	長崎県長崎市浜町3-20		
TEL	095-816-2281	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(IHI)
型式	WD-150 (号機)	製番	14070122
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	1268 回

作業日 20 19 年 04 月 16 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ルポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間	4	16	10	00
作業完了時刻	4	16	14	00

取扱業者(請求先)
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 811872

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 静岡SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 浜松SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 首都圏SC 岐阜SC 広島SC 新潟SC 静岡SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
水もれのエラー発生
(ご依頼者 様)

原因
排水回路センサーボックスからのもれ

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

・センサーボックス交換
・洗浄ポンプ新タイプへ交換
・洗浄ポンプ~~排水~~接続ホース交換
・試運転

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	センサーボックス	1		
	洗浄ポンプ	1		
	ホース	1		

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)			
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料		名×	円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

B

料金内訳	
⑬ A 部品代	
⑭ B 技術料等	
⑮	
⑯ 税別合計金額	
消費税	
ご請求金額 ¥	
納品書No.	

サービスセンター: 福岡 TEL092-715-6801 実施者: 横山

責任技術者	検印	入力	納品書

B 実施者→取扱業者

2019 04/18 9:46 FAX 092 710 6802 エムシーサービス カブ フクオカSC 0002/0003