

C 作業報告書

登録	よつくら歯科クリニック 様		ご承認印	
住所	宮崎県延岡市安賀77町4-4		四倉	
TEL	0982-20-8020	室名		ご依頼
機種 型式	IC Washer		号機	563 回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名		ご担当者		
南田 377リテック 様		小山 様		

ご依頼内容・現象

"洗浄槽満水" 発生

原因

排水ポンプ不具合の為

処置

排水ポンプ交換
(内部にゴミあり)
排水動作正常70k.
マニュアル動作良好.

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし
 ☐警報・Er

☐漏れあり
 ☐異音あり

☐破損あり
 ☐劣化あり

部位

☐別紙添付
 ☐あり
 ☒なし

作業日 20 19 年 4 月 15 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 整備	3 性能 点検	4 性能 点検	5 性能 点検	6 対象 外	(摘要✓)
サービス 形態	1 保守 期間	2 スポ ット	3 CM	4 医療 機器	5 区分	6 特 許	7 非 特 許
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検	50 コ ル
	70 PR	72 取扱 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 FC	80 アフ ター

(24時制で記入)

受付時間 4 月 12 日 10 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 4 月 15 日 12 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	排水ポンプ	1		支給品

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	2 H × 1 名 × 8000 円	16,000
3	派遣料	1 名 × 円 (往復480km)	48,000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6	高速料金		10,840

サービス センター	鹿児島	実施 者	勝目
TEL	-		

メモ

管理No 806570

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	長野SC	つくばSC	神奈川SC	大阪SC	福岡SC
仙台SC	新潟SC	千葉SC	静岡SC	兵庫SC	広島SC
金沢SC	岐阜SC	埼玉SC	愛知SC	岡山SC	鹿児島SC
徳島SC	高松SC	京都SC	奈良SC	和歌山SC	

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

77,840

⑮

⑯

税別合計金額

77,840

消費税

6,227

ご請求金額 ¥

84,067

納品書No.