0009/0009
エムシーサービス
2019 01/22 22:34 FAX 0932845501

Ⓒ 作業報告書

お客様	博多こおり歯科 様	ご承認印	
住所	福岡市博多区博多駅前3-22-1-2F		
TEL	092-409-9974	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(JHエアブラック)
型式	IC Washer (号機)	製番	100732
完了	推敲 / 有料 / 無料	通算回数	2097 回

作業日 20 18年 12月 25日

管理No. 813308

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 [illegible] (摘要✓)

サービス形態: 1 保守別式 / 2 [illegible] / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 保 / 非保

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 [illegible] / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上記の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC さいたまSC 横浜川SC 大阪SC 博多SC 仙台SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 郡山SC 北関東SC 名古屋SC 岡山SC 広島SC 鹿児島SC 新潟SC 伊那SC 四国SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉220-6 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
エラー1 漏洩検出が発生する
(ご依頼者 様)

原因
扉前面(左右下側)および循環回路継手より水漏れが発生していた為

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☑各部増締め ☑分解・再セットアップ ☑各部清掃
- □グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

・扉下部パッキン部に挟まった物(チップ、バー、スケーラー等)を除去し、シリコンシート・パッキンチェック→目立つ傷なし。
・装置を前面に動かし、外装取外し、水を循環させ、漏れ箇所特定。→循環回路センター丁型継手および、ポンプ出口部より漏れあり。→継手交換、ホースバンド増締め。
・装置を元の位置に戻し、試運転。・ドア締付け調整。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	センター丁型継手	1		
	センターL型継手	1		

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)			
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料		名×	円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

B

科金内訳	
⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	60,000
⑮	
⑯ 区別合計金額	60,000
消費税	4,800
ご請求金額	64,800
納品書No.	

責任技術者	検印	入力	納品書

サービスセンター 北九州SC TEL 093-284-5100 実施者 久岡

C 実施者→営業