

C 作業報告書

依頼者様	むらと歯科医院		承認印
住所	長崎県西彼杵郡長与町北陽台1-2-1		加藤
TEL	095-865-6480	業者	
機名	エッセー・ディスインスクリュー	メーカー	ELIX (IHIAグリップ)
型式	IC Washer	(号機)	100220
受入	無料	送料	758

ご依頼内容・現象

ドアがボタンと倒れてくる

(ご依頼者)

様

原因

ドア開閉用ワイヤ-破断の為

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃
☒ クリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- ・ドアワイヤ・スプリング式交換(左右)
 ・全ジョイント継手交換
 ・組付け、正規な位置にて高さ調整。
 ・マニュアルにて循環・昇温・沸騰チェック

お客様への伝言

ドアを閉めるとき、最後まで手を離さないで下さい。(ドアが軽くなっています!!)

作業日 2019年02月25日

保守状態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 性能点検	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3 区分	27 28
作業区分	00 部品販売	10 組立設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

ドア・スプリングワイヤ一式	1		
ジョイント継手一式	1		
・乾燥回路×2			
・コンデンサ部×1			
・上高ジョイント材			
・センター L×1			
・センター T×1			

1	基本・据付・点検・性能点検	(見積書内 H19014分)	85,000
2	技術料	H× 名× F×	
3	派遣料 往復 40km	名× 円	
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

サポートセンター 北九州NSC 実施者 久岡
 TEL 093-284-5500

取扱業者 (請求先)

IHIAグリップ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№ 813377

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-4720 FAX 026-273-4074

札幌SC 仙台SC 青森SC 秋田SC 山形SC
 福島SC 茨城SC 栃木SC 群馬SC 埼玉SC
 千葉SC 東京SC 神奈川SC 新潟SC 富山SC
 石川SC 福井SC 山梨SC 長野SC 岐阜SC
 愛知SC 三重SC 滋賀SC 京都SC 大阪SC
 兵庫SC 奈良SC 和歌山SC 徳島SC 高松SC
 香川SC 愛媛SC 高知SC 福岡SC 佐賀SC
 大分SC 熊本SC 鹿儿岛SC 沖縄SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市佐野200-3
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-278-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

⑮

⑯

税別合計金額

消費税

ご請求金額 ¥

納品書