Ⓒ 作業報告書

お客様	はった歯科・小児歯科クリニック 様	ご承認印	
住所	熊本市西区上熊本2-18-1		
TEL	096-342-4699	宛名	
機種名	① クラスB オートクレーブ ② ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(IHエアグリテック)
型式	① IC Clave (号機) ② IC Washer	製番	①100222 ②100795
完了	継続 / 有料 / 無料	通算回数	① 1347 ② 696 回

作業日 20 19 年 08 月 16 日 (07 08 / 13 09)

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 [illegible] (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 [illegible] / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 特 / 定 / 一般

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設位 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 [illegible] / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHエアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 816899

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
仙台SC 横浜SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 北九州SC
新潟SC 佐賀SC 埼玉SC 名古屋SC 広島SC 鹿児島SC
郡山SC 北関東SC 宮崎SC 高知SC 熊本SC
郡山SC 仙台SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療器具洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象

① エラー12 ドアセンサー異常
エラー14 真空時間オーバー異常) 発生に伴う、メーカー引上げ修理及び入替作業
② エラー7 循環水圧低下発生
改善部品交換作業

(ご依頼者 様)

原因

① 詳細は別紙/メーカーによる点検・修理報告書を参照願い
② 循環ポンプ作動不良の為
改善部品交換および点検作業

処置

☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☑各部増締め ☑分解・再セットアップ ☑各部清掃
☑グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
☑点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

① 貸出器との入替作業, 試運転実施
② 循環ポンプ交換, 改善部品一式交換,
点検作業・定期消耗品交換作業
試運転にて動作・漏れチェック

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
IC Washer	循環ポンプ(メタル)	1		
	ドアワイヤー・スプリング(ばね)	1式		
	ドア下ガンリエンシート(銀製)	1式		
	ドアパッキン一式	1式		
	エアフィルター一式(プレ HEPA)	1式		
	洗剤ポンプチューブ	2ケ		
	上段ラックゴムブッシュ	1ケ		
	補修一式 (乾燥回路×2 センターL,T×1 上段L×1 高圧板×1)	1式		
	DC電源カバー	1枚		

1	基本・据付・点検・性検・		(見積書No. H79087G)		200,000
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料		名×	円	
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6					

料金内訳

⑬ A 部品代		
⑭ B 技術料等	200	000
⑮		
⑯ 税別合計金額	200	000
消費税	16	000
ご請求金額 ¥	216	000
納品書No.		

お客様への伝言

サービスセンター 北九州SC TEL 実施者 久岡

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業

0005/0006
エムシーサービス
2019 08/28 21:01 FAX 0932845501