Ⓒ 作業報告書

お得意様	たがみ歯科 様	ご承認印	濱口
住所	長崎県長崎市田上2-2-8		
TEL	095-827-1447	宛名	
機種名	ウオッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(IHI)
型式	WD150 (号機)	製番	1K060082
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	2511 回

作業日 20 19 年 3 月 7 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 ✓ / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ストック ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間	3	5	12	00
作業完了時刻	3	5	14	00

取扱業者(請求先): IHIアグリテック様
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 811861

左記作業をおこないましたので検収下さい。
なお、不明な点がございました上欄の管理No.にてお問い合せ下

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-40
仙台SC 長野SC つくばSC 静岡SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 郡山SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 首都圏SC 広島SC 北九州SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-22
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-41

ご依頼内容・現象
ドアが閉まりづらい
(ご依頼者 様)

原因
ドアロック部本体側受け部分の動きが悪かったと思われます

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・ドアロック本体側清掃及びスプレーグリスとふき
・本体後部排水時に流量計測定部より水もれがあります

お客様への伝言
部品手配し再度水もれの手直しにうかがいます。
下部のトレーに水がたまったら捨てて下さい

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 4 H× 1 名×8000 円		32000
3	派遣料 297km 1 名×100 円		29700
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6	高速料金		8320

B

料金内訳	
⑬ A 部品代	
⑭ B 技術料等	7002
⑮	
⑯ 税別合計金額	7002
消費税	560
ご請求金額 ¥	7562
納品書No.	

サービスセンター	福岡 TEL	実施者	桜山

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→

0001/0002
エムシーサービス カブ フクオカSC
2019 03/20 15:33 FAX 092 710 6802