

C 作業報告書

得意様	たがみ歯科医院		様	ご承認印
住所	長崎県長崎市田上2-2-8			↓
TEL	095-827-1447		電名	
機種名	ウォッシャー・デイスイン7E79-		メーカー	モリタ (IHI)
型式	WD-150		製造番号	14060082
完了	継続	有料	無料	返

ご依頼内容・現象

3/19 洗浄作業 ~ 水もれ有り

(ご依頼者)

様)

原因

洗浄センサーボックスからの水もれ

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)☐ 各部増締め☐ 分解・再セットアップ☐ 各部清掃☐ グリスアップ☒ 動作確認☐ 設定・プログラムの確認☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)☐ 性能検査立ち会い☒ 試運転☐ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 3 月 15 日

1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外
--------	--------	--------	--------	------	-------

1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
--------	--------	------	------	----	---	----

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール	60 撤去移設
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 3 月 19 日 12 時 30 分

作業完了時刻 3 月 19 日 18 時 02 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

T00201980	洗浄センサーボックス	1		6800

1	基本・据付・点検・性能	(見積書No.)
2	技術料	H× 名× 円
3	派遣料	名× 円
4	宿泊費	泊× 名× 円
5	諸経費	3000
6		

責任技術者 横山 実施者 福岡

TEL 092-710-6801

取扱業者 (請求先)

IHI アリテック様

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 811864

左記作業をおこないましたので
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら

上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3171-1
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-46

札幌SC	長野SC	新潟SC	神奈川SC	大阪SC	福岡SC
仙台SC	東京SC	中部SC	中部SC	中部SC	中部SC
中部SC	中部SC	中部SC	中部SC	中部SC	中部SC

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県千曲市佐々木240-8
TEL 026-273-2230 FAX 026-273-22

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-41

料金内訳

① A

部品代 6800

② B

技術料等 3000

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

ご請求金額 ¥ 10,500

納品書No.

C 実施者→