

C 作業報告書

お名前	よつぐさ歯科クリニック 様			ご承認印	
住所	宮崎県延岡市安賀多町4-1			1/1	
TEL	0982-20-8020	室名		ご依頼	様
機種型式	IC Washer		号機	529	回
完了	継続	有料	無料	製番	100279
取扱業者名	株式会社IHI37リテック 様			ご担当者	小山 様

ご依頼内容・現象

循環水圧低下、発生

原因

循環ポンプ不具合の為

処置

循環ポンプ交換

動作チェックOK

水漏れチェックOK

試運転良好

背面 継手部分より
水漏れあり
固定ボルト増締め

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er

☐漏れあり ☐異音あり

☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☒あり ☒なし

作業日 20 19 年 3 月 22 日

保守 1 保守契約 2 点検整備 3 点検整備 4 点検整備 5 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守期間 2 スポット 3 CM 医療機器 区分 特 非特

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 その他 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 3 月 20 日 10 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 3 月 22 日 17 時 00 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	循環ポンプ	1		支給品

1	基本・据付・点検・点検・点検 (見積書No.)	
2	技術料 4 H × 1 名 × 8,000 円	32,000
3	派遣料 1 名 × 円 (往復 480km)	48,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3,000
6	高圧料金	10,840

実施者 鹿見島 勝目
TEL - -

メモ

管理No. 806566

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大塚SC 福岡SC
仙台SC 松本SC 下野SC 静岡SC 金沢SC 福岡SC
新潟SC 金沢SC 岡山SC 名古屋SC 名古屋SC 鹿児島SC
東京SC 東京SC 東京SC 東京SC 東京SC 東京SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CVRE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③ A

部品代

④ B

技術料等

93,840

⑤

⑥

税別合計金額

93,840

消費税

2,507

ご請求金額 ¥

101,347

納品書No.