

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 4日

機種/型式	ウォッシャー・スインフワワー IC Washer		
作業年月日	2019年 8月 27日		作業時間: Hr
顧客名	あかいたデンタルクリニック 様	TEL: 048-790-3918	
所在地	埼玉県さいたま市岩槻区西町1-1-26 ヒューマンスクエア 岩槻ビル2F		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当: 伊藤 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・ ☒ 取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100288	運転回数: 683回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
運転中のシャッター		
原因		
ドアハウスの水漏れにともなう。SDカード基板の漏電。		
処置、作業内容		
SDカード基板の交換		
特記事項		
循環ライン配管等、仕様変更を反映いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカード基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019年 9月 4日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者