TF 来報告書

お得意様	おがわ歯科 様	ご承認印	いい!
住所	福岡県糟屋郡新宮町三代西1丁目1番7号		
TEL	092-963-5418	署名	
機種名	オートクレーブ	メーカー	IHIアグリテック
型式	IC Clave (号機)	製番	
完了	継続 ✓ / 有料 / 無料	通院回数	回

作業日 20 19年 03月 12日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 ✓ (該要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 特管 ✓ / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 20 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理No. 813291

②作業日 20 19 03 1

③Uコード 0 9 2 9 6 3 5 4 1

④⑤機種コード 1 1 - 7

⑥製造No.

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 5

⑧故障コード

⑨実施SC 6 6

⑩技術者 5 6

⑪同行・応援 0 7

⑫原因・処理 2

ご依頼内容・現象

真空異常 (真空3)

(ご依頼者 様)

原因

処置

- □部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

・入替作業 (貸出機 No. 32)

・試運転確認 (デンタルモード)

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 1.5 H× 2 名× 円		24,000
3	派遣料 名× 円		19,520
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 精製水・送料		6,000
6			

料金内訳

⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	49 52
⑮	
⑯ 税別合計金額	49 52
消費税	3 96
ご請求金額 ※	53 48
納品書No.	1084

お客様への伝言

サービスセンター: 北九州 TEL 093-284-5500 実施者: 石丸 上野

責任技術者	検印	入力	納品書
久 31.3.20 岡	長川 31.3.20 原	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→