D 作業報告書

客先様	よしだ歯科クリニック 様	ご承認印	吉田
住所	福岡市南区長住4-1-4		
TEL	092-210-6795	氏名	
機種名	クラスB オートクレーブ	メーカー	モリタ(IHIアグリテック)
型式	IC Clave (号機)	製番	100273
完了	継続	有料	無料	来院回数	489 回

作業日 20 19年 04月 04日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 その他 (該当✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 [illegible] / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現状調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 教育 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理No. 813446

②作業日 20 190404

③Jコード 0922706795

④⑤機種コード 11 - 73

⑥製造No. 100273

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 90

⑧故障コード

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理 2

ご依頼内容・現象

エラー72発生に伴うメーカー引取り修理。

(ご依頼者 様)

原因

※詳細は別紙メーカーの点検・修理報告書を参照下さい

処置

- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

@ 貸出器とユーザー様(修理完了100)の器械入替(返却)

@ リークテスト, B/Dテスト, デンタルモードにて動作チェック, 引渡し。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 H× 名× 円		32,000
3	派遣料 往復, 150km× 名× 円 2名料金		24,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費 高速料, 駐車料含む		5,000
6			

B

科金内訳	
⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	61,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	61,000
消費税	4,880
ご請求金額 ¥	65,880
納品書No.	940

サービスセンター: 北九州SC TEL 093-284-5540 実施者: 久岡

責任技術者	検印	入力	納品書
久 31.4.30 岡	19.5.10	小林	久保

2019 05/08 3:40 FAX 0932845501 エムシーサービス 00005/0012