

作業報告書

得意様	よつく歯科クリニック 様		ご承認印
住所	宮崎県延岡市安賀多町4-4-8		
TEL	0982-20-8020	署名	様
機種型式	WD IC washer	号機	899 回
完了	継続	有料	無料
製番	100279		
取扱業者名	(株)IHIAクリニック 様	ご担当者	小山 様

ご依頼内容・現象
異臭がする

原因
樹脂継手より水漏れがあり
底に水がたまった為

処置
乾燥回路、循環回路継手 パンキン式
交換
水漏水チェックOK

お客様への伝言	隣の機器のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 静脈・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☒ あり ☒ なし	
部位	

作業日 20 19 年 11 月 30 日

保形守態
1 保守契約
2 性能点検
3 性能点検
4 性能点検
5 点検
6 対象 (摘要✓)

サービス形態
1 保守前
2 スポット
3 CM
4 医療機器
5 区分
6 特
7 非特

作業区分
00 製品販売
10 納入設置
11 現地調整
20 定期点検
30 性能検査
40 点検
50 コール
60 撤去
70 PR
72 取扱説明
73 改造
74 部品納入
75 下見
77 FC
80 フター
90 その他

(24時間制で記入)

受付時間 11 月 27 日 10 時 00 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 11 月 30 日 12 時 00 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	継手 (6ヶ)	1式	支給品	

1	基本・据付・点検・性能検・ (見積書No.)	
2	技術料 5 H× 1 名× 8000 円	40000
3	派遣料 1 名× 円 (往復480km)	48000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6	高速料金	10840

サインセンター	鹿児島	実施者	勝目黒木
TEL	-		
部署長	検印	入力	納品書

メモ

管理No. 806705

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC 千曲SC 神奈川SC 大井SC 福岡SC
秋田SC 佐賀SC 下野SC 静岡SC 大井SC 福岡SC
仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC
新潟SC 北陸SC 京都SC 大阪SC 北九州SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター 〒366-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳	
⑬ A	
部品代	
⑭ B	
技術料等	101 840
⑮	
⑯	
税別合計金額	101 840
消費税	10 184
ご請求金額 円	112 024
納品書No.	