Ⓒ 作業報告書

得意様	稲澤歯科医院 様	ご承認印	稲沢
住所	長崎県長崎市大黒町3-1 5F		
TEL	095-827-3388	実名	
機種名	ラボッシャーディスイ・フェ79- (号機)	メーカー	モリタ (IHI)
型式	WD-150	製番	14090171
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	2019 回

作業日 20 19年 12月 10日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外✓ (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
㈱ IHIアグリテック 様
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 811936

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 仙本SC 金沢SC 下館SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 西部SC 岐阜SC 広島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
水もれがある
(ご依頼者 様)

原因
循環ポンプホースバンドのゆるみ

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・各ホースバンド締じめ
・機器内部水たまり除去
・試運転

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 3 H× 1 名× 8000 円	24000
3	派遣料 30/km 名× 100 円	30100
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	高速料金	8680

料金内訳

⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	62780
⑮	
⑯ 税別合計金額	62780
消費税	6278
ご請求金額 ¥	69058
納品書No.	

お客様への伝言
・漏水センサー不良
・排水ポンプより異音

サービスセンター 福岡 TEL092-710-6801 実施者 横山

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業