

C 作業報告書

依頼者	もろい歯科		様	ご承認印
住所	福岡市東区香住ヶ丘 6-3-6			
TEL	092-681-1789 寒			
機名	IC WASHER	メーカー	IHI777777	
型式	IC Washer (号機)	型番	100130	
完了	総統	有料	無料	返金

ご依頼内容・現象

水漏れ

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ホースバンド増締め

すずきのみ、単独動作確認による漏れ確認
 (循環ポンプ作動)

お客様への伝言

作業日 20 19 年 06 月 07 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 3 ヶ月	3 CM	医療機器	3	区分
作業区分	00 部品取替	10 組立設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取替説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	50 その他				

受付 06 月 07 日 12 時 00 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	3H× /名× 円	24,000
3	派遣料	往復 130km× 円	13,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費、	高速料金、駐車場代金等	5,260
6		(小倉南→福岡都市高速)	

サビセンター	北九州	実施者	上野
TEL 093-284-5500		者	

取扱業者 (請求先)

IHI777777

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 813298

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒807-0013 長門県下関市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC
ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC
ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC
ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC	ICW SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒806-0002 長門県上関市住吉280-8
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2250

資材用良レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒807-0013 長門県下関市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③ A

部品代

④ B

技術料等

42,260

⑤

8,000

⑥

税別合計金額

34,260

消費税

2,740

ご請求金額 ¥

37,000

納品書 No