

依頼者 様	崎戸おといわと歯科医院		ご承認印
住所	長崎県西海市崎戸町横浦郷7809		
TEL	0959-35-2323	室名	
機種名	シャ-ティスインスクター	メーカー	ELI (SHIAGテック)
型式	IC Washer (号機)	製番	100015
完了	総検	有料	無料
		巡回回数	1333 回

ご依頼内容・現象

ドア開閉用ワヤ-スプリング式交換
および点検作業

(ご依頼者 様)

原因

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒ 各部増締め

☒ 分解・再セットアップ

☒ 各部清掃

☒ グリスアップ

☒ 動作確認

☒ 設定・プログラムの確認

☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い

☒ 試運転

☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 19 年 06 月 29 日

保形 守 1 保守契約 2 性能検査 3 性能検査 4 点検整備 5 点検 (摘要) 6 点検

サービス形態 1 保守期間 2 2 3 CM 医療機器 3 区分 特 非

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現場調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 撤去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 フター 81 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

ドアホ-式	1		
循環ポンプ	2		
フィルター式 (PL, HEPA)	1式		
継手式 (銅×2, 鉄×1, セラミックス×1)	1式		
上段ラゴムジョ-	1		
DC電源カバ-	1		
ファンタ-ホ-スバ-	1式	1,000	
ドアワヤ-スプリング式	1式		
循環ポンプ (ICW用)	1台		

1	基本・据付・点検・性能検査	(見積書No.)	30,000
2	技術料 H × 名 × 円	追加7点 (点検)	23,000
3	派遣料 410km 名 × 円	(高速料他含む)	62,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		
6			

サ-ビスセンター 北九州SC TEL 090-4791-5218

実施者 久岡

責任技術者 久岡 31.6.25 岡

検印 長川 79.7.-8 原

入力 小林 久岡

納品書

取扱業者 (請求先)

(株) IHIアグテック

(支店名)

(ご担当省)

(注文No.)

特記事項

①管理 No 816227

②作業日 20 19 06 29

③Uコード 0959352323

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造 No 100015

⑦保守・サービス形態 9-2-40

⑧故障コード 0-0 - -

⑨実施SC 66

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部品代 1,000

⑭B

技術料等 116,000

⑮

115,000

⑯

税別合計金額 116,000

116,000

消費税 9,280

ご請求金額 ¥ 125,280

納品書 No 2937