0006/0013
エムシーサービス
2020 01/27 22:37 FAX 0932845501

Ⓒ 作業報告書

得意先	川上歯科クリニック 様	ご承認印	
住所	福岡市博多区下臼井978-1-3F		
TEL	092-626-1715	宛名	
機種名	クラスB オートクレーブ	メーカー	モリタ(IHエアグリテック)
型式	IC Clave (号機)	製番	100137
定 ✓	継続 / 有料 / 無料	通算回数	1233 回

作業日 20 20年 01月 15日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性能整備 / 3 性能点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守訪問 / 2 ✓ / 3 CM / 医療機器 B 区分 / 特 ✓ / 非特

作業区分: 00 販売 / 10 納入設置 / 11 現地調査 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 821289

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長岡SC つくばSC 千葉SC 新潟SC 大阪SC 新宮SC 秋田SC 静岡SC 金沢SC 浜松SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 東京SC 東京SC 福岡SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒396-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
エラー14 真空時間オーバー異常に伴う
メーカー引上げ修理 (ご依頼者 様)

原因
※詳細は別紙メーカー報告書を参照下さい

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☑設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☑最終検査終了・異常なし

ユーザー様器械返却。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・掘付・点検・性検:		(見積書No. H20003)	
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料		名×	円 ×2回分
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			
6				

80,000

B

料金内訳	
⑬A 部品代	
⑭B 技術料等	80,000
⑮	
⑯ 税別合計金額	80,000
消費税	8,000
ご請求金額 ¥	88,000
納品書No.	

サービスセンター: 北九州SC TEL 080-4791-5218 実施者: 綱

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者➡営業