

00003/0013

1000-0013

2020 01/27 22:36 FAX 0932845501

# C 作業報告書

|      |                  |      |               |
|------|------------------|------|---------------|
| 依頼者様 | 竹内 歯科医院          |      | ご承認印          |
| 住所   | 北九州市戸畑区沖台2-10-16 |      |               |
| TEL  | 093-881-4776     | 番名   |               |
| 機種名  | クラスBオートクレーブ      | メーカー | パナソニック        |
| 型式   | BC-17            | 製造番号 | 13800039      |
| 完    | ✓                | 継続   | 有             |
| 無料   | 有                | 修理回数 | 1161 (7446) 回 |

ご依頼内容・現象  
クラスBオートクレーブ 定期点検  
(ご依頼者 様)

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃  
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認  
☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 20 20 年 01 月 08 日

|        |         |         |         |         |         |        |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 保証形態   | 1 保守契約  | 2 性能保証  | 3 性能点検  | 4 点検整備  | 5 点検    | 9 特約   |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 保守料   | 3 CM    | 医療機器    | 3 区分    | 特約     |
| 作業区分   | 00 製品搬入 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検  |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品搬入 | 75 下見   | 77 FC  |
|        |         |         |         |         | 80 アフター | 90 その他 |

受付 月 日 時 分  
到着時間 月 日 時 分  
作業完了時刻 月 日 時 分

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額    |
|-----|-----------|----|----|-------|
|     | ドアロック     | 1  |    | 4,600 |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |
|     |           |    |    |       |

|   |              |           |            |
|---|--------------|-----------|------------|
| 1 | 基本・現付・点検・性能・ | (見積書No.)  | 19,000     |
| 2 | 技術料          | H × 名 × 円 |            |
| 3 | 派遣料          | 名 × 円     | 市内料金 7,200 |
| 4 | 宿泊費          | 泊 × 名 × 円 |            |
| 5 | 諸経費          |           |            |
| 6 | インジキ代        |           | 1,000      |

北九州 実施者 久岡  
TEL

取扱業者 (別紙先)  
IHI アグリテック  
(支店名)  
(ご担当者)  
(注文No.)

管理No 821295  
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。  
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売  
M エムシーサービス株式会社  
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074  
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4110

|         |             |
|---------|-------------|
| 料 金 内 訳 |             |
| ⑬ A     | 部品代 4,600   |
| ⑭ B     | 技術料等 27,200 |
| ⑮       |             |
| ⑯       |             |
| ⑰       |             |
| ⑱       |             |
| 税別合計金額  | 31,800      |
| 消費税     | 3,180       |
| ご請求金額 ¥ | 34,980      |
| 納品書No   |             |

モリタ用  
作業用  
H1アグリテック用

☒ フォートマイヤの作動状態 正常

合

FAX:086-942-9030