

C 作業報告書

依頼者様	辻本デンタルオフィス		ご承認印
住所	福岡市中央区荒戸2-1-18-2F		
TEL	092-797-2223	室名	
機名	エッセンスインテグラー	メーカー	エイト(エムシー)
型式	IC Washer	(号機)	
製造	700290	修理	527
完	総統	有料	無料

ご依頼内容・現象
エラー7(循環圧低下)の警報発生。
(ご依頼者様)

原因
循環ポンプインペラロックの為。

- 処置
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☒ 各部増締め
 - ☐ 分解・再セットアップ
 - ☐ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ
 - ☒ 動作確認
 - ☒ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い
 - ☒ 試運転
 - ☒ 最終検査終了・異常なし

・循環ポンプインペラロックの為 交換(バル)

・循環回路継手一式 漏水予防措置

お客様への伝言

作業日 20 20 年 01 月 09 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	4 医療機器	5 3	6 区分
作業区分	70 部品交換	71 部品交換	72 部品交換	73 部品交換	74 部品交換	75 部品交換
	76 部品交換	77 部品交換	78 部品交換	79 部品交換	80 部品交換	81 部品交換

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ(バル)	1		
	上段ラックコネクタ	1		
	循環回路継手一式	1式		
	(センターL)			
	(センターT)			
	(上部L)			
	(機体部L)			

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)
2	技術料	4 H × 名 × 円
3	派遣料	140 km × 1 名 × 100 円
4	宿泊費	泊 × 名 × 円
5	諸経費	新設、運転料等
6		

北九州 実 施 者 久岡

TEL

取扱業者 (別紙先)

IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No 821296

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上掲の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額
⑱	消費税
ご請求金額 ¥ 60,500	
納品書No	