

③ 作業報告書

お名前	森の木歯科・口腔外科クリニック 様			ご 示 意 印
住所	長野県西彼杵郡長与町高田郷706-3			
TEL	095-865-6100	番号		
標榜名	デンタル・デザインズ777-		メーカー	EPG (499) エレクトリック IHIZ デジテック
型式	WD-150 (号機)		製番	13a80008
完了	継続	有料	無料	1888 印

ご依頼内容・現象
排水されない。水が溜まったまま。
満水エラー発生。
(ご依頼者 様)

原因
排水ポンプ作動不良の為。
(次回、ポンプロックや異音が発生する
際は交換が必要になります。)

処置

☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☒ 各部清掃

☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- ・マニアルにて排水ポンプ作動テスト、排水されず → 出力チェック → 出力OK。
- ・排水ポンプ分解・取外し。フィルムおよびバーが混入。 → 取除き、ポンプ再セット。
→ 排水チェック。水OK。

・槽内適性水量にて昇温。
90℃排水→OK。
※バーヤチップ、フィルムの落とし込みには
注意下さい。底面の糊を清掃する

作業日 20 79 年 12 月 79 日

保形	守態	1	2	3	4	5	9	(摘要✓)
		保守 要約	性檢 點計	性檢 點檢	点檢 整計	点檢	性檢 點計	


サービス形態	1 保守期間	2 スポンサー	3 CM	医療機器	3	区分	特許	非特許
--------	-----------	------------	---------	------	---	----	----	-----

作 区	業 分	00 製品 販売	10 納入 伝票	11 現 地 調整	20 定期 定換	30 性能 検査	40 点 検	50 コ ン プ レ ッ タ ー	60 搬 送 移 設
		70 PR	72 取 扱 説 明	73 改 造	74 部 品 組 装	75 下 見	77 FC	80 ア フ ター	90 そ の 他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品、機材名称	数
---	---	---	-----------	---

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見習書Na)
2	技術料 H × 名 × 円	
3	派遣料 名 × 円	
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	
6		

サレビスセンター
北九州/SC
TEL080-471-5278
実施者 久岡

責任技術者	検査	入力	納品品

取扱業者 (当球先)

IHIアクトテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社 〒087-0213 真野県千代田市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-0774

札幌SC	旭川SC	紋別SC	網走SC
苫小牧SC	釧路SC	根室SC	稚内SC
帯広SC	青森SC	弘前SC	秋田SC
盛岡SC	山形SC	福島SC	宮城SC
仙台SC	岩手SC	秋田SC	山形SC
山形SC	福島SC	宮城SC	秋田SC
山形SC	福島SC	宮城SC	秋田SC

洗浄・視覚業務委託・医療機器等洗浄・滅菌センター 〒088-0002 真野県上田町住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

滅菌センター

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社 〒087-0013 真野県千代田市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理№ 821286

左記作業をおこないましたので、
検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

祇 內 金 料

⑬ A			
A	部 品 代		

14 B	技經科等		
------	------	--	--

6	क्रि-वस
---	---------

根別合計金額			
--------	--	--	--

消费税		
-----	--	--

ご請求金額 円		
---------	--	--

納品書 No.	
---------	--