

C 作業報告書

依頼者	すけい3歯科・kidsデンタルクリニック		承認印	吉小
住所	熊本県熊本市東区長嶺1-6-5			
TEL	096-287-6479	署名		
機種名	マッシュン-ディスプレイ77		メーカー	モリタ(EMT)
型式	ICW		製造番号	100333
完了	継続	有料	無料	254 回

ご依頼内容・現象
完了時に水が漏れている。

(ご依頼者 様)

原因 症状の確認は出来ずセンで1たか
排水ホースのエア噛みによる空車もしくは
ポンプ本体の原因が考えられる

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・マニュアル操作にて冷水時で93℃熱水
時にホース作動チェック
・排水ホース交換
・90℃5分工程にて完了迄試運転実施

お客様への伝言

作業日 20 20 年 01 月 21 日

保守 状態 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態 1 保守期間 2 スペース 3 CM 医療機器 区分 特 非特 管 管

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 撤去移動 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
1	排水ホース	1		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)	
2	技術料	3日×1名×8000 円	24000
3	派遣料	20800 円	20800
4	宿泊費	泊×名× 円	
5	諸経費		3000
	高速料金		6520

責任技術者 検印 入力 納品書

実施者 横山

TEL 092-710-6801

取扱業者 (請求先)

IHIアグリテック様

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉200-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 811950

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料 金 内 訳

(3) A 部品代

(4) B 技術料等 54,200

(5)

(6) 視察合計金額 54,320

B 消費税 5,432

ご請求金額 ¥ 59,752

納品書 No.