

＜＜ 客 先 対 応 報 告 書 ＞＞

【発生日】 2019 年10月16日	【対応日】 年 月 日	案件No. 19014
【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()	電話受付: _____ 現地対応: _____	
【所在地&ユーザー名】 川上歯科医院 福岡		送り状番号: _____

【機種】 IC Washer · IC Clave · WD-150 · BC-17 (機番: 100131)	【症状・エラーコード】 エラー14
---	---

【対応方法】 ☒ 預かり修理 (代替機No.) ☐ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☐ その他 ()	【運転情報】 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など
--	---

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☐ 精製水購入 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	【設置場所】 ☐ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他() 【現地対応者コメント・所感】
---	--