

0001/0001

143-サービス

2019 11/07 20:17 FAX 0932845501

C 作業報告書

依頼者様	博多こおり歯科		様	ご承認印
住所	福岡市博多区博多駅前3-22-1-2F			
TEL	092-409-9974	署名		
機種名	タッチディスプレイ	メーカー	ELI (IH) プリント	
型式	IC Washer	号機	製造番号	100132
完了	継続	有料	無料	返金回数
				2841 回

ご依頼内容・現象
ディスプレイ(タッチパネル)の反応が悪い及び
ボタンの押す位置がズレている(依頼者様)

原因
タッチパネルの不具合の為と考えられます。
(オプション画面にも移項できない為、未補正)

- 処置
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・タッチパネル交換
- ・各画面表示チェック
- ・各ボタン反応チェック

お客様への伝言

作業日 20 19 年 12 月 06 日

保守形態	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分	特 非
作業区分	00 製品不良	10 納入不良	11 現場修理	20 定期点検	30 性能点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 点検	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	ディスプレイ(タッチパネル) 1		

1	基本・据付・点検・点検・	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 8,500 円	
3	派遣料往復 130km	名× 100 円	30,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	高送料、駐車料金含む	
6			

サレセンター 北九州 実施者 久岡

TEL

責任技術者	検印	入力	納品書

取扱業者(請求先)

(支店名)

(ご担当者)

(注文No)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

EMシーサービス株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒306-0002 長野県上田市佐吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No 820841

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料金内訳

⑬ A	部品代	
⑭ B	技術料等	30,000
⑮		
⑯	税別合計金額	30,000
	消費税	3,000

ご請求金額 ¥ 33,000

納品書No