Ⓒ 作業報告書

お得意様	イルカ歯科医院 様	ご承認印	
住所	長崎県諫早市栄町9-2		
TEL	0957-22-3503	実名	
機種名	クラスBオートクレーブ	メーカー	モリタ(IHエアグリテック)
型式	IC Clave (号機)	製番	100022
完了✓	継続 / 有料 / 無料	運転回数	3811 回

作業日 2020年03月27日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 [illegible] (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 B/Dテスト / 3 CM / 医療機器 / 3 区分 / 特管✓ / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 マル✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 824358

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-6 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4974
北関SC 長野SC 千曲SC 善光寺川SC 大阪SC 福岡SC 松本SC 長岡SC 名古屋SC 東京SC 新潟SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 高崎SC 名古屋SC 長仁SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 可部SC 松本SC 広島SC 郡山SC 群馬SC 北九州SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-6 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
エラー12:ドアセンサ異常, エラー13:バキュームテストNG
エラー14:真空時間オバー異常発生。
(ドアノブに違和感) (ご依頼者 様)

原因
貸出器対応にて、
メーカー引取り修理実施!

※詳細は別紙点検・修理報告書を参照下さい

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・貸出器 ↔ 修理品 入替作業。
・貸出器 ↔ ユーザー様器械 返却。
・B/Dテスト, FLASH運転にて チェック。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No. H20047)		180,000
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料 往復380km	名×	円	2名料金, 2日
4	宿泊費 1泊×	名×	12,000円	
5	諸経費	精算水, 返送料 高速料		
6				

料金内訳
⑬A 部品代
⑭B 技術料等 180000
⑮
⑯ 税別合計金額 180000
消費税 18000
ご請求金額¥ 198000
納品書No.

サービスセンター: 北九州 TEL
実施者: 久岡

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者➡営業