

C 作業報告書

名称	つづい歯科医院		様	ご承認印
住所	佐世保市三浦町 7-15			(印)
TEL	0956-23-6000		署名	
機種名	ウォッシャー・ディスインセクター	メーカー	モリタ/IHIAグリティック	
型式	IC Washer (号数)	製造番	100160	
完	✓	継続	有料	無料
運送	同梱	送料	1758	

ご依頼内容・現象

タッチパネルのボタンが反応しない
運転できない

(ご依頼者 様)

原因

タッチパネルの動作不良が考えられます。

処置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

・ 6/9 タッチパネルキャリブレーション実施にて 反応改善。

→ しかし、2~3日後 再度 反応しなくなる

・ 6/16 タッチパネルディスプレイ交換。作動テスト

お客様への伝言

作業日 20 20 年 06 月 16 日

保守	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守契約	2 点検整備	3 CM	4 医療機器	5 3	6 区分
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
	80 アフター	90 その他				

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	タッチパネルディスプレイ	1		

1	基本・据付・点検・注検・	(見積書No. H20070)	100,000
2	技術料	H × 名 × 円	
3	派遣料	名 × 円	
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		
6			

サービス	北九州SC	実施者	久岡
TEL			

取扱業者 (請求先)

IHIAグリティック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№ 826280

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上掲の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社			
〒387-0013 長野県千代田市小島3171-5			
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074			
IL/SC	IL/SC	つくばSC	和歌山SC
秋田SC	熊本SC	千葉SC	大宮SC
山形SC	新潟SC	埼玉SC	神奈川SC
群馬SC	栃木SC	茨城SC	東京SC
群馬SC	群馬SC	群馬SC	群馬SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CORE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千代田市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等

100,000

⑮

⑯

税別合計金額

100,000

消費税

10,000

ご請求金額 ¥

110,000

納品書№

C 実施者 → 営業