

◎ 作業報告書

商標	博多こおり歯科				様	ご 承 証 印	
住所	福岡市博多区博多駅前3-22-1-2F						
TEL	092-409-9974 室						
機體名	ソニヤ-フェイスワタ-				メーカー	モリタ (HIA) ワタ	
型式	IC Washer (号機)				製番	100132	
✓	送料	有料	無料	運送回数	3520 (610)		回

ご依頼内容・現象

漏洩検出が表示されて
使用できない (ご依頼者)

(ご依頼者様)

洗浄回路継手亀裂発生の為
運転中、漏れ出していた

迅 置

- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了・異常なし

- ・機械前面に出し、外装取外し、
機械室水抜き
- ・マニュアルにて水循環。漏水箇所確認
- ・継手一式交換。組付け後、チェック。
- ・試運転にて動作。漏水チェック。

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 サース 作区	守形 ス形 業分	1 守約	2 性密	3 検点	4 検点	5 点検	9 計外	(摘要✓)	
		1 守約	2 点検	3 CM	医療機器	3	区分		計外
		60 点検	10 納入	11 現品	20 定期	30 性能	40 点検		50 点検
		70 PR	72 取組	73 改造	74 運入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ	一	下	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
---	---	---	-----------	----	----	----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)	
2	技術料	4 H×	名×	円 32,000
3	派遣料	130km×	1 名×	100 円 13,000
4	宿泊費	1 泊×	名×	円 12,000
5	諸経費			3,000
6			有料 + 駐車代	6,000

サービスマン
北九州 SC
TEL 090-4771-5218
実施者 久岡

取汲菜者 (習求先)

ILHIAK/テフ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理 826292

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上榴の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

EMシーサービス株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC	仙台SC	つくばSC	山梨SC	大津SC	福井SC
山梨SC	松本SC	千曲SC	静岡SC	和歌SC	徳島SC
山梨SC	松本SC	千曲SC	静岡SC	和歌SC	徳島SC
山梨SC	松本SC	千曲SC	静岡SC	和歌SC	徳島SC
山梨SC	松本SC	千曲SC	静岡SC	和歌SC	徳島SC
山梨SC	松本SC	千曲SC	静岡SC	和歌SC	徳島SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター
 〒386-0092 長野県上田市生野260-8
 TEL 026-27-2230 FAX 026-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 祝

U3A

部 品 代

④ B

技術基準

١٦١

| 秘製合計金額

消費稅

二請求金額 円

納品書表

C 实践者→实践